



Pińczów, dnia 8 lipca 2020 roku

**Odpowiedzi na pytania**

**do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
na „dostawa środków ochrony indywidualnej II– Covid-19”**

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej z gumkami typu KN95 będącej wyrobem medycznym, technicznie zgodnym z wymaganiami Dyrektywy Rady o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG. Wyrób klasy I typu IIR zgodnie z EN 14683 - posiada poziom filtracji BFE  $\geq 98\%$  (testy zgodnie z EN149 z niezależnego, akredytowanego laboratorium badawczego potwierdzają zgodność z wymogami EN149 dla masek FFP2, a nawet wykazały zbliżone wartości przenikania materiału filtracyjnego z wymaganiami dla masek FFP3).

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Minimalne wymagania to wartości przenikania jak dla masek FFP3.



Monika Strojna

koordynator Projektu